

第6版高気圧酸素治療法入門 正誤表

P119, 左欄 「治療の安全管理」 下から10行目
誤「装置内の二酸化炭素の分圧が0.68Torr (0.49Pa・・・)」
正「装置内の二酸化炭素の分圧が3.68Torr (0.49Pa・・・)」

(2018年7月25日修正)

P46, 左欄 「高気圧環境下の生理学」 上から19行目
誤「加圧時には副鼻腔や内耳の痛み・・・」
正「加圧時には副鼻腔や鼓膜の痛み・・・」

(2019年4月30日修正)

P129, 左欄 「高気圧酸素治療の副作用」 上から24行目 (⑤式)
誤「 $P_2-0.5 = [(P_1-0.5)/t_1^m] \cdot t_2^m$ 」
正「 $P_2-0.5 = \{(P_1-0.5)/t_1^m\} \cdot t_2^m$ 」

(2019年4月30日修正)

P129, 左欄 「高気圧酸素治療の副作用」 上から26行目 (⑥式)
誤「 $(P_2-0.5/P_1-0.5)^{1/m} \cdot t_1 = t_2 = \text{UPTD}$ 」
正「 $\{(P_2-0.5)/(P_1-0.5)\}^{1/m} \cdot t_1 = t_2 = \text{UPTD}$ 」

(2019年4月30日修正)

P129, 左欄 「高気圧酸素治療の副作用」 上から35行目 (⑦式)
誤「 $\text{UPTD} = (0.5/PO_2-0.5)^{0.833} \cdot t$ 」
正「 $\text{UPTD} = \{0.5/(PO_2-0.5)\}^{-0.833} \cdot t$ 」

(2019年4月30日修正)

P191, 左欄 「網膜動脈閉塞症」 1行目
誤「障網膜動脈閉塞症・・・」
正「網膜動脈閉塞症・・・」(「障」を削除)

(2019年4月30日修正)

分圧を表す単位として ATA (atmospheres absolute:絶対気圧) は使用しないが、本書では酸素分圧を表す場合に使用されているところがある。この修正については次回改訂時に行う。

(2019年4月30日修正)