

令和6年2月22日

【重要】高気圧酸素治療中のカイロ持ち込みに関する嚴重な注意喚起

日本高気圧環境・潜水医学会
代表理事 柳下和慶
安全対策委員会委員長 灘吉進也

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
2024年1月15日、高気圧酸素治療(以下 HBO)装置を導入している施設において、HBO中に「使い捨てカイロ」を持ち込むという重大な事例が発生しました。このため、HBO装置を導入している施設の皆様に重要な情報をお知らせいたします。

【事故概要】

HBO中に患者が「熱い」と訴え、カイロを身に着けていたことが判明した。

【即時対応】

急速に減圧を行い、患者を大気開放した。

【結果】

カイロ貼付部に熱傷を生じた。

幸いにも発火には至りませんでした。重大なアクシデントで火災・爆発の危険性が極めて高い事例であります。このような事例の再発を防ぐため、日本高気圧環境・潜水医学会安全対策委員会は以下の通りお知らせいたします。

同様の事態を回避するためには、安全基準第35条および36条を確認の上、法を遵守して安全な治療を推進してください。

尚、各施設におきましても治療時の装置内への物品持ち込みの確認、患者への適切な説明を嚴重に行い、事故予防に最善を尽くしていただくようお願い申し上げます。

ご協力とご理解を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

高気圧酸素治療の安全基準（2023年9月21日改訂）

（治療の決定、患者への説明と同意、点検等）

第35条 専門医あるいは主治医は、治療しようとする患者に対して、次に掲げる検査を行って治療を安全に実施できることを確認しなければならない。

- 1) 全身状況の把握のために必要な問診を含む一般的検査
- 2) 呼吸器の状況の把握のために必要な理学的検査及び胸部X線検査等
- 3) 循環器の状況の把握のために必要な血圧測定、胸部X線検査及び心電図検査等
- 4) 耳管の異常の有無を把握するために必要な耳管通気等の耳鼻科的検査
- 5) その他疾患の別により特に注意すべき問題点についての検査

2 治療を開始する前には、インフォームド・コンセントを行い、書面で患者の同意を取らなければならない。ただし、病態又はその他の理由によって患者の同意を得ることができない場合は、患者に代わり得る家族又は親権者等の書面による同意を得なければならない。やむを得ず、緊急に治療を必要とするため、治療に関する説明を行うことなく治療を開始し、又は書面による患者の同意を得ることなく治療を開始した場合は、可及的速やかに説明を行い、患者又は患者に代わり得る家族又は親権者等の同意を得なければならない。

3 専門医、又は専門医から直接指示を受けた技師若しくは職員は次に掲げる事項について、毎回治療の開始の直前に患者その他の入室者の点検を行い、内部に収容された患者その他の入室者に危害を生ずる恐れがあると認めた場合は、必要な措置を講じなければならない。ただし、専門医以外の者が行った場合には、点検終了後には、必ず専門医の確認と治療開始の承諾を得なければならない。

1) 帯電防止能が木綿、又は木綿と同等以上の衣類、若しくは帯電防止加工を施した衣類への変更

2) 不適當な所持品及び衣類若しくは寝具等の除去

4 専門医は、本条に規定する検査、インフォームド・コンセント、患者に対する説明及び治療効果の評価を行った場合は、その内容及び治療効果の評価の結果の記録並びに患者の同意を証明する書面を5年間保存しておかななければならない。

（患者等への注意）

第36条 専門医は、患者又はその付添人並びに主治医及び担当看護師に対して、次に掲げる事項を記入した注意書を手交し、治療の内容について十分に理解させるとともに、同一の事項を装置外部の見やすい場所に掲示しなければならない。

1) （酸素の支燃性）酸素は支燃性が強いため、僅小な点火源によっても容易に可燃物が発火すること。

2) （持ち込み禁止）マッチ、ライター、タバコ、各種使い捨て懐炉その他の保暖器具、時計、ラジオ、携帯電話その他の電気・電子器具及び油脂類、消毒用アルコール、

ベンジンその他の引火性物品等の持ち込みを禁止すること。

- 3) (衣類の制限) 羊毛製品及び合成繊維製品の着用を禁止すること。 帯電防止能が木綿又は木綿と同等以上の衣類，若しくは帯電防止加工を施した衣類を着用しなければならないこと。
- 4) (異常時の連絡) 内部に収容された者が体調の異常を自覚し，又は装置内部に異常を認めた場合等の緊急の連絡方法。なお，緊急の連絡方法を装置内の患者の見やすい位置及び外部の連絡場所に掲示しておかなければならない。